左右600×天地650mm

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

G2-BOND Universal

TWO COMPONENT LIGHT-CURED UNIVERSAL ADHESIVE

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE
1. Direct bonding of light-cured composites and compomers to tooth structure
2. Bonding of dual-cured core build up composites to tooth structure as long as these materials are light-cured
3. Intraoral repair of composite, metal-based and zirconia / alumina-based restorations
4. Intraoral repair of ceramic restorations in combination with a silane coupling agent
5. Treatment of hypersensitive teeth
6. Sealing of tooth preparation (cavity or abutment) for indirect restorations
7. Treatment of exposed root surfaces
8. Cementation of all types of all ceramic, resin and metal-based inlays, onlays, crowns and bridges and veneers
9. Post cementation

CONTRAINDICATIONS
1. Direct pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer, methacrylate polymer, or acetone.

NOT TO BE USED IN COMBINATION WITH
1. Chemically cured composite resin.
2. Eugenol containing materials as they may hinder G2-BOND Universal from setting or bonding properly.
3. Desensitizers as they may hinder G2-BOND Universal from setting or bonding properly.

COMPOSITION
1-PRIMER: Acetone, water, dimethacrylate, 4-MET, initiator, MDP, silicon dioxide, MDTP, pigment, stabilizer
2-BOND: Dimethacrylate, initiator, silicon dioxide, stabilizer

DIRECTIONS FOR USE
I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS AND TREATMENT OF EXPOSED ROOT SURFACE
1. Cavity preparation
   Use rubber dam for protection. Make sure that any temporary material is thoroughly removed from the surface. Prepare tooth using standard techniques. The cavity should be sufficiently clean to ensure proper adhesion. Rinse and dry the prepared tooth surfaces by gently blowing with an air syringe.
   Note:
   For pulp capping, use calcium hydroxide.
2. Treatment of tooth surfaces
   Select one of the following 3 technique options:
   a) Self-etch technique
      Apply 1-PRIMER to bur-cut enamel and dentin, without a separate etching step.
      Note:
      Non bur-cut enamel should always be treated by selective etching of enamel technique.
   b) Selective etching of enamel
      Prior to applying 1-PRIMER to enamel and dentin, etch enamel only with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
   c) Total-etch technique
      Prior to applying 1-PRIMER to enamel and dentin, etch enamel and dentin with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
3. Application of 1-PRIMER
   a) Dispense
      Bottle type: Prior to dispensing, shake the bottle of 1-PRIMER thoroughly. Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Replace bottle cap immediately after use.
      Note:
      Wipe any excess liquid from the nozzle before closing the cap.
      Unit Dose type: Before opening Unit Dose cap, ensure full of the cap is facing up. Unscrew cap counterclockwise. Using the disposable applicator provided, mix the liquid thoroughly for 5 seconds, making sure to agitate material from the bottom and sides of the cap.
      Note:
      If the cap of the Unit Dose is too tight to open, use another Unit Dose. Do not try to open the Unit Dose cap with excessive force as this may cause the liquid inside to spill and cause accidental contact with skin and eyes.
   b) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces using a disposable applicator.
   c) Leave undisturbed for 10 seconds after application.
   d) Dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the liquid. The final result should be a thin adhesive film with a glossy surface which does not visibly move under further air pressure.
   Notes:
   1) When removing from refrigerator after long-term storage, allow 1-PRIMER to stand at room temperature for several minutes prior to use.
   2) Apply 1-PRIMER immediately as the material contains a volatile solvent.
   3) 1-PRIMER is a light-cured material. Protect the liquid from light after dispensing.
   4) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by re-applying material.
   4) Bring refrigerated 2-BOND to room temperature before use.
5. Light curing
   Light curing using a visible light curing unit.

Irradiation time	Distance from light guide tip <10 mm	Distance from light guide tip >10 mm
Halogen / LED (700-1200 mW/cm²)	10 seconds	20 seconds
High power LED (more than 1200 mW/cm²)	5 seconds	10 seconds

Notes:
1) Light cure completely for effective bonding strength. Lower light intensity may cause inadequate adhesion.
2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.

6A. Placement of light-cured composites and compomers
   Follow manufacturer's instructions for use in order to place, contour and light-cure the composite resin material of choice.
6B. Placement of dual-cured composites
   To ensure sufficient bonding strength, it is recommended to light cure the dual-cure composite material (versus self-curing).
7. Finishing
   Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

II. REPAIR SITUATIONS
1. Preparation of restoration
   Roughen the adherent surfaces using a diamond point.
   Use rubber dam for protection. Rinse and dry the prepared surfaces by blowing with an air syringe. If the restoration surface contains glass ceramics or hybrid ceramics treat those surfaces using a silane coupling agent such as G-Multi PRIMER prior to application of G2-BOND Universal.
   Note:
   Do NOT apply G-Multi PRIMER to tooth surface.
2. Treatment of tooth surfaces
   Select one of the following three techniques described in I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 2. Treatment of tooth surfaces.
   a) Self-etch technique
   b) Selective etching of enamel
   c) Total-etch technique
3. Application of G2-BOND Universal
   Refer to I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 3-5.
4. Placement of light-cured composites / compomers
   Follow manufacturer's instructions for use in order to place, contour and light-cure the composite / compomer material.
5. Finishing
   Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

III. TREATMENT OF HYPERSENSITIVE TEETH AND IMMEDIATE DENTIN SEALING
1. Application of 1-PRIMER
   Refer to I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 2. Treatment of tooth surfaces, 3. Application of 1-PRIMER.
   Optionally, 2-BOND can also be applied after application of 1-PRIMER. Refer to I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 4. Application of 2-BOND.
   Note:
   For the treatment of hypersensitive teeth, the self-etch technique is recommended.
2. Light curing
   Refer to I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 5. Light curing.
3. REMOVE UNPOLYMERIZED LAYER
   Remove the unpolymerized layer of G2-BOND Universal 1-PRIMER using a moist cotton pellet.

IV. CEMENTATION OF INDIRECT RESTORATIONS using G-CEM LinkForce with or without G-Premio BOND DCA
   Refer to the instruction for use of G-CEM LinkForce and follow its instruction.

V. POST CEMENTATION AND CORE BUILD-UP Using GRADIA CORE with G-Premio BOND DCA
   Refer to the instruction for use of GRADIA CORE and follow its instruction.

Bottle Covers
Use of G2-BOND Universal bottle covers is highly recommended. Bottle covers are designed to protect product from body heat, which might impact product working time. The bottle covers may be reused with subsequent refills. When bottle is empty, remove cover and clean with water or wipe with alcohol. Do not sterilize, autoclave, or clean with chemical disinfectants.
Note:
Bottle covers marked 1 and 2 are for 1-PRIMER and 2-BOND respectively. Be careful not to attach the bottle covers incorrectly.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).
Do not use for a prolonged period of time, store in refrigerator.

PACKAGE
G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 mL liquid (1), 2-BOND 5 mL liquid (1), 1-PRIMER Bottle Cover (1), 2-BOND Bottle Cover (1), disposable dispensing dish (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (50)
G2-BOND Universal 1-PRIMER Bottle Refill: 5 mL liquid (1)
G2-BOND Universal 2-BOND Bottle Refill: 5 mL liquid (1)
G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 mL liquid (50), 2-BOND 0.1 mL liquid (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (100)

CAUTION
1. In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If such reaction occurs, discontinue the use of the product and refer to a physician.
2. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
3. Avoid inhalation or ingestion of material.
4. 1-PRIMER is a highly flammable liquid and vapour. Do not use near open flame. Keep away from sources of ignition. Do not store large quantities in our area. Keep away from direct sunlight.
5. 1-PRIMER is volatile. Use in a well-ventilated place. Advise patients to breathe through nose.
6. G2-BOND Universal Unit Dose is for single use only. Do not attempt to recap or reuse. Unit Dose cannot be recapped properly once opened and the volatile solvent may evaporate.
7. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
8. In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse thoroughly with water.
9. If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister, advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark disappears, usually in 1-2 weeks. To avoid contact, it is recommended to apply COCOA BUTTER to areas which cannot be covered with a rubber dam.
10. In case of surface spills, immediately wipe off with a dry cloth.
11. Do not mix with non-designated products.
12. Dispose of contents / container in accordance with local regulations.
13. Do not mix 1-PRIMER with 2-BOND.
14. Do not mix 2-BOND with Dual Cure Activators.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

IV. CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Damaged device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects - Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 02/2024

CE 2797

MANUFACTURED by:
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by:
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

G2-BOND Universal

ДВУКОМПОНЕНТЕН ФОТО-ПОЛИМЕРИЗИРАЩ УНИВЕРСАЛЕН АДЕЗИВ

Да се използва само от дентални лекари, следвайки инструкциите за употреба.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1. Директно свързване на фото-полимеризиращи композити и компомери към зъбни повърхности
2. Свързване на двойно-полимеризиращи композитни за изграждане на зъбните повърхности при условие да са фото-полимеризиращи.
3. Интраорална поправка на композити и в съчетаване с метална, циркониева/алумина основа
4. Интраорална поправка на керамични възстановявания в комбинация със силан свързващ агент
5. Обработка на скрити/чувствителни зъби
6. Запечатване на зъбна повърхност (кавитет и конструкция) за индиректни възстановявания
7. Лечение на оголени коренови повърхности
8. Цементиране на всички видове керамични, композитни и метални инлеи, онлеи, фасети, корони и мостове
9. Цементиране на щифтове

КОНТРАИНДИКАЦИИ
1. Директно покриване на пулпата.
2. Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с известни алергии към метакрилатен мономер, метакрилатен полимер или ацетон.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В КОМБИНАЦИЯ С
1. Химично-полимеризиращи композитни смоли.
2. Евгенол-съдържащи материали, тъй като те могат да нарушат полимеризацията или адекватното свързване на G2-BOND Universal
3. Десенсибилизатори, тъй като те могат да нарушат полимеризацията или адекватното свързване.

СЪСТАВ
1-PRIMER: Ацетон, вода, диметакрилат, 4-MET, инициатор, MDP, силициев диоксид, MDTP, пигмент, стабилизатор
2-BOND: Диметакрилат, инициатор, силиций диоксид, стабилизатор

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
I. ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБУСВАНЕ НА ДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ОГОЛЕНИ КОРЕНОВИ ПОВЪРХНОСТИ
1. Препарация на кавитета
   Използвайте кофердам за защита. Уверете се, че напълно сте отстранили временния материал от повърхността. Препарайте зъба, използвайки стандартни техники. Кавитетът трябва да бъде с достатъчно чист, за да се осигури адекватна адхезия. Промийте и подсушете препарираните зъбни повърхности чрез нежно подсушаване с въздушна струя.
   Забележка:
   За покритие на пулпата, използвайте калциев хидроксид.
2. Обработка на зъбните повърхности
   Изберете от една от следните 3 техники:
   а) Самецравящ техника
      Нанесете 1-PRIMER върху препарираните с борер емайл и дентин, без отделна стъпка за ецване.
      Забележка:
      Непрепарираният с борер емайл винаги трябва да бъде третиран с техниката за селективно ецване на емайла.
   б) Селективно ецване на емайла
      Преди нанасяне на 1-PRIMER върху емайла и дентина, ецвете само емайла с 35-40% гел от фосфорна киселина за 10-15 секунди, промийте за 5 секунди и внимателно подсушете.
   в) Техника на тотално ецване
      Преди употребата на 1-PRIMER върху емайла и дентина, ецвете емайла и дентина с 35-40% гел от фосфорна киселина за 10-15 секунди, промийте за 5 секунди и леко подсушете.
3. Нанасяне на 1-PRIMER
   а) Дозиране
      Шишенце: Преди да нанесете, разклатете добре шишенето с 1-PRIMER. Капете няколко капки в чист доматорен съд. Върнете капачката на шишенето веднага след употреба.
      Забележка:
      Избършете излишната течност от дозата, преди да затворите капачката.
      Единична доза: Преди да отворите капачката на единичната доза, уверете се, че върхът на капачката е обърнат нагоре. Развийте капачката обратно на часовниковата стрелка. С помощта на предоставения апликатор за еднократна употреба смесете добре течността в продължение на 5 секунди, като внимавате да разбъркате материала от дъното и отстрани на капачката.
      Забележка:
      Ако капачката на единичната доза е твърде стегната, за да се отвори, използвайте друга единична доза. Не се опитвайте да отваряте капачката на единична доза с прекомерна сила, тъй като това може да доведе до разливане на течността и да причини случаен контакт с кожата и очите.
   б) НЕЗАБАВНО нанесете върху подготвените повърхности на емайла и дентина с помощта на апликатор за еднократна употреба.
   в) Оставете необезпокоявана за 10 секунди след нанасяне.
   г) Изсушете обилно в продължение на 5 секунди с обезмаслена въздушна струя под МАКСИМАЛНО налягане. Използвайте аспирация, за да предотвратите разпръскване на адхезива. Крайният резултат трябва да бъде тънък адхезивен филм с лъскава повърхност, който видимо не се движи при допълнителен въздушен натиск.
   Забележки:
   1) Когато изваждате от хладилник след дълготрайно съхранение, оставете 1-PRIMER да престои на стайна температура няколко минути преди употреба.
   2) Нанесете веднага 1-PRIMER, тъй като материалът съдържа летлив разтворител.
   3) 1-PRIMER е фото-полимеризиращ материал. Защитете течността от светлина след дозиране.
   4) Ако нанесеният материал бъде замърсен с вода, кръв или слюнка преди фото-полимеризиране, изкарайте и подсушете зъба, и повторете процедурата чрез повторно нанасяне на материал.
   4) Преди употреба оставете охладения 2-BOND на стайна температура.
4. Нанасяне на 2-BOND
   а) Дозиране
      Шишенце: Капнете няколко капки в чист доматорен съд. Върнете капачката на шишенето веднага след употреба.
      Забележка:
      Внимавайте да не дозирате 1-PRIMER и 2-BOND в един и съд. Единична доза: Преди да отворите капачката на единичната доза, уверете се, че върхът на капачката е обърнат нагоре. Развийте капачката обратно на часовниковата стрелка. С помощта на предоставения апликатор за еднократна употреба смесете добре течността в продължение на 5 секунди, като внимавате да разбъркате материала от дъното и отстрани на капачката.
      Забележка:
      Ако капачката на единичната доза е твърде стегната, за да се отвори, използвайте друга единична доза. Не се опитвайте да отваряте капачката на единична доза с прекомерна сила, тъй като това може да доведе до разливане на течността и да причини случаен контакт с кожата и очите.
   б) НЕЗАБАВНО нанесете върху подготвените повърхности на емайла и дентина с помощта на апликатор за еднократна употреба.
   в) Оставете необезпокоявана за 10 секунди след нанасяне.
   г) Изсушете обилно в продължение на 5 секунди с обезмаслена въздушна струя под МАКСИМАЛНО налягане. Използвайте аспирация, за да предотвратите разпръскване на адхезива. Крайният резултат трябва да бъде тънък адхезивен филм с лъскава повърхност, който видимо не се движи при допълнителен въздушен натиск.
   Забележки:
   1) Когато изваждате от хладилник след дълготрайно съхранение, оставете 1-PRIMER да престои на стайна температура няколко минути преди употреба.
   2) Нанесете веднага 1-PRIMER, тъй като материалът съдържа летлив разтворител.
   3) 1-PRIMER е фото-полимеризиращ материал. Защитете течността от светлина след дозиране.
   4) Ако нанесеният материал бъде замърсен с вода, кръв или слюнка преди фото-полимеризиране, изкарайте и подсушете зъба, и повторете процедурата чрез повторно нанасяне на материал.
   4) Преди употреба оставете охладения 2-BOND на стайна температура.
5. Фотополимеризиране
   Фотополимеризирайте с помощта на светодиодна лампа.

Време на облъчване	Разстояние от върха на светловода <10 mm	Разстояние от върха на светловода >10 mm
Халогенна / LED (700-1200 mW/cm²)	10 секунди	20 секунди
Мощна LED (повече от 1200 mW/cm²)	5 секунди	10 секунди

Забележки:
1) фото-полимеризиране напълно за ефективна сила на свързване. По-ниската интензивност на светлинната мощност да причини недостатъчна адхезия.
2) Използвайте защитен светлинен щит или подобни защитни очила по време на фото-полимеризиране.

6A. Поставяне на фото-полимеризиращи композити и компомери
   Следвайте инструкциите на производителя за употреба, за да поставите, оформите и фотополимеризирате избрания композитен материал.
6Б. Поставяне на двойно-полимеризиращи композити
   За да се осигури достатъчна якост на свързване, се препоръчва фото-полимеризиране на двойнозадействащия материал с двойно полимеризиращ (срещу полимеризиращо).
7. Финиране
   Акуратизирайте възстановяването, финирайте и полирайте, използвайки стандартни техники.

II. ПРИ ПОПРАВКА
1. Подготовка на възстановяването
   Разгравирайте повърхността за свързване, посредством диамантен пилител. Използвайте кофердам за защита. Промийте и подсушете подготвените повърхности чрез продуване с въздушна струя. Ако възстановителната повърхност съдържа стъклена керамика или хибридна керамика обработете тези повърхности чрез силанов свързващ силан като G-Multi PRIMER, преди прилагането на G2-BOND Universal.
   Забележка:
   Не нанасяйте G-Multi PRIMER върху зъбна повърхност.
2. Обработване на зъбните повърхности
   Изберете една от следните 3 техники описани в I. ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБУСВАНЕ НА ДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
   а) Самецравящ техника
   б) Селективно ецване на емайла
   в) Техника чрез тотално ецване
3. Нанасяне на G2-BOND Universal
   Погледнете I. ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБУСВАНЕ НА ДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ 3-5.
4. Поставяне на фото-полимеризиращи композити и компомери
   Следвайте инструкциите на производителя за употреба, за да поставите, оформите и фото-полимеризирате избрания композитен материал.
5. Финиране
   Акуратизирайте възстановяването, финирайте и полирайте, използвайки стандартни техники.

III. ЛЕЧЕНИЕ НА ЧЕРВЯСТВУЩИТЕЛНИ ЗЪБИ И НЕПОСРЕДЕН ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ДЕНТИНА
1. Нанасяне на 1-PRIMER
   Погледнете I. ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБУСВАНЕ НА ДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ 2. Обработка на зъбните повърхности, 3. Нанасяне на 1-PRIMER. По желание 2-BOND може да се приложи и след прилагане на 1-PRIMER. Обърнете се към I. ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБУСВАНЕ НА ДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ 4. Нанасяне на 2-BOND.
   Забележка:
   За лечение на свръхчувствителни зъби, се препоръчва самоецващата техника.
2. фото полимеризиране
   Погледнете I. ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБУСВАНЕ НА ДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ 5. фото-полимеризиране.
3. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПОЛИМЕРИЗИРАЩИЯ СЛОЙ
   Отстранете неполимеризиращия слой от G2-BOND Universal 1-PRIMER използвайки влажен памучен тупфер.

IV. ЦИМЕНТИРАНЕ НА ИНДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ с G-CEM LinkForce с и без G-Premio BOND DCA
   Погледнете инструкцията за използване на G-CEM LinkForce и следвайте указанията.

V. ЦИМЕНТИРАНЕ НА ЩИФТОВЕ И ИЗГРАЖДАНЕ с GRADIA CORE с G-Premio BOND DCA
   Погледнете инструкцията за използване на GRADIA CORE и следвайте указанията.

Капачки на шишенцата
Използването на капачките за шишенцата на G2-BOND Universal е силно препоръчително. Капачките на шишенцата са предназначени да предпазят продукта от топлина на тялото, която може да повлияе на работното време на продукта. Капачките на шишенцата могат да бъдат използвани повторно със следващи опаковки. Когато бутилката е празна, премахнете капачката, почистете с вода или избършете с алкохол. Не стерилизирайте, автоклавирайте и не почиствайте с химически дезинфектанти.
Забележка:
Капачките на шишенцата с маркировка 1 и 2 са съответно за 1-PRIMER и 2-BOND. Внимавайте да не поставите неправилно капачките на шишенцата.

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимална ефективност се препоръчва да съхранявате при температура 4-25°C (39.2-77.0°F). Ако не се използва за продължителен период от време, съхранявайте в хладилник.

ОПАКОВКИ
G2-BOND Universal комплект шишенца: 1-PRIMER 5 mL течност(1), 2-BOND 5 mL течност (1), 1-PRIMER капачка (1), 2-BOND капачка (1), еднократна диспензиращ съдове (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (50)
G2-BOND Universal 1-PRIMER допълнително шишенце: 5 mL течност (1)
G2-BOND Universal 2-BOND допълнително шишенце: 5 mL течност (1)
G2-BOND Universal комплект единични дози: 1-PRIMER 0.1 mL течност (50), 2-BOND 0.1 mL течност (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (100)

ВНИМАНИЕ
1. В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност у някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.
2. Лични предпазни средства (ЛПС) като ръкавици, маски и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
3. Предотвратете вдишването или поглъщането на материала.
4. 1-PRIMER е силно запалим и летлив. Не използвайте в близост до открит пламък. Дръжте от източници на искри. Не съхранявайте голяма количества на едно място. Дръжте далеч от пряка слънчева светлина.
5. 1-PRIMER е летлив. Използвайте в добре проветрени помещения. Посъветвайте пациентите да дишат през носа.
6. Еднократна доза на G2-BOND Universal е само за еднократна употреба. Не се опитвайте да затваряте или използвате повторно. Единична доза не може да се затвори правилно след отваряне и летливият разтворител може да се изпарява.
7. При контакт с очите, незабавно промийте с вода и потърсете медицинска помощ.
8. При контакт с оралните тъкани или кожата, незабавно отстранете с гъбичка или памучен тупфер. След завършване на възстановяването, промийте обилно с вода.
9. Ако тъканите, влезли в контакт с материала, побелеят или се образува пришка, посъветвайте пациента да остави засегнатата област необезпокоявана, докато изчезне, обикновено за 1-2 седмици. За да избегнете контакт, се препоръчва нанасяне на какаово масло в областта, която не е покрита от кофердам.
10. Ако се разсипе на повърхност, незабавно избършете със суха кърпа.
11. Не съвместимо с други продукти.
12. Изхвърляйте съдържанието/опаковката съгласно местните разпоредби.
13. Не смесвайте 1-PRIMER с 2-BOND.
14. Не смесвайте 2-BOND с активатори за двойна полимеризация.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност, налични на:
http://www.gceurope.com
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ:
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за съдържание и/или повреди. Повреден, ако е повреден.
НЕ ПОТАПЯЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотвратят изсушаване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

За Резюме на безопасността и клиничното представяне (SSCP), моля, вижте базата данни EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) или се свържете с нас на Regulatory.gce@gc.dental

Докладване на нежелани ефекти:
Ако разберете, че знаменая вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте на директно чрез съответната система за уведомяване, като изберете подходящия орган във Вашата страна достъпен чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 02/2024

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

G2-BOND Universal

DVOUSLOŽKOVÉ SVĚTLEM TUHNOUCÍ UNIVERZÁLNÍ ADHEZIVUM

Určeno výhradně k použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
1. Přímé bondování světlem tuhnoucích kompozitů a kompomerů ke struktuře zubu
2. Bondování duálně tuhnoucích dostavbových kompozitů ke struktuře zubu, pokud jsou tyto materiály polymerovány světlem
3. Intraorální opravy kompozitních materiálů a prací na bázi kovu, zirkonu či aluminy
4. Intraorální opravy keramických protetických prací v kombinaci se silanizačním prostředkem
5. Ošetření hypersenzitivních zubů
6. Přípravu preparací (kavita nebo abutment) pro nepřímou náhradu
7. Ošetření obnažených povrchů kořene
8. Fixace všech typů keramických, pryskyřičných a na bázi kovu zhotovených inlejí, onlejí, korunek, můstků a fazet
9. Cementování čepů

KONTRAINDIKACE
1. Přímé překrytí pulpy.
2. Vyvarujte se použití tohoto produktu u pacientů s prokázanou alergií na monomer metakrylátu, polymer metakrylátu nebo aceton.

NEPOUŽÍVEJTE V KOMBINACI S NÁSLEDUJÍCÍMI MATERIÁLY
1. Chemicky tuhnoucí kompozitní pryskyřice.
2. Materiály obsahující eugenol, protože eugenol může narušit tuhnutí či vazbu G2-BOND Universal.
3. Znecitlivující prostředky, ty mohou narušit tuhnutí či vazbu G2-BOND Universal.

SLOŽENÍ
1-PRIMER: Aceton, voda, dimethakrylát, 4-MET, iniciátor, MDP, oxid křemičitý, MDTP, pigment, stabilizátor
2-BOND: Dimethakrylát, iniciátor, oxid křemičitý, stabilizátor

NÁVOD K POUŽITÍ
I. BONDOVÁNÍ PRO PŘÍMOU NÁHRADU A OŠETŘENÍ OBNAŽENÝCH POVRCHŮ KOŘENE
1. Příprava kavity
   Pro lepší ochranu použijte kofردam. Dbejte na důkladné odstranění zbytků provizorního materiálu z povrchu zubu. Zub připravujte běžnými způsoby. Pro zajištění řádné adheze by měla být kavita dostatečně vyčištěna. Preparované povrchy zubu opláchněte a osušte jemným proudem vzduchu ze vzduchové pistole.
   Poznámka:
   Na překrytí pulpy použijte hydroxid vápenatý.
2. Příprava povrchu zubu
   Vyberte jednu ze 3 následujících volitelných technik:
   a) Samoleptací technika
      Naneste 1-PRIMER na preparovanou sklovinu a dentin, bez samostatného kroku leptání.
      Poznámka:
      Neopracovaná sklovina by měla být vždy ošetřena technikou selektivního leptání.
   b) Selektivní leptání skloviny
      Před aplikací 1-PRIMER na sklovinu a dentin leptejte pouze sklovinu po dobu 10-15 sekund gelem 35-40% kyseliny fosforečné, 5 sekund opláchněte a jemně osušte.
   c) Technika Total-etch
      Před aplikací 1-PRIMER na sklovinu a dentin leptejte sklovinu i dentin po dobu 10-15 sekund gelem 35-40% kyseliny fosforečné, 5 sekund opláchněte a jemně osušte.
3. Aplikace 1-PRIMER
   a) Příprava
      Lahvička: Před použitím lahvičku s 1-PRIMER důkladně protřepejte. Aplikujte několik kapek do čisté dávkovací misky. Ihned po použití lahvičku uzavřete.
      Poznámka: Před uzavřením setřete z dávkovací hubičky veškeré zbytky tekutiny.
      Unit Dose: Před otevřením Unit Dose se ujistěte, že vršek kapsle směřuje vzhůru. Odšroubujte uzávěr proti směru hodinových ručiček. Přiloženým jednorázovým aplikátorem důkladně promíchejte tekutinu po dobu 5 sekund. Dbejte na pečlivé promíchání veškerého materiálu ze dna i stěn kapsle.
      Poznámka:
      Pokud uzávěr Unit Dose nejde otevřít, použijte jinou kapsli. Nepokoušejte se kapsli otevřít násilím, mohlo by dojít k vylití tekutiny a nechtěnému potřísnění kůže či zasažení očí.
   b) IHNED naneste jednorázovým aplikátorem na preparovanou sklovinu a dentin.
   c) Po aplikaci nechte působit po dobu 10 sekund.
   d) Poté 5 vteřin suše MAXIMÁLNÍM proudem vzduchu bez příměsi oleje. Pro zabránění rozstřikování adheziva použijte savku. Konečným výsledkem by měl být tenký film adheziva s lesklým povrchem, který se pod dalším proudem vzduchu viditelně nepohybuje.
   Poznámky:
   1) Po dlouhodobém skladování v chladničce nechte 1-PRIMER před vlastním použitím několik minut stát při pokojové teplotě.
   2) 1-PRIMER aplikujte ihned, protože obsahuje těkavé rozpouštědlo.
   3) 1-PRIMER je světlem tuhnoucí material. Po nadávkování do misky jej chraňte před světlem.
   4) V případě kontaminace materiálu vodou, krví nebo slinami ještě před vytvrzováním, zub opláchněte a osušte a proceduru aplikace materiálu zopakujte.
   4) Po dlouhodobém skladování v chladničce nechte 2-BOND před vlastním použitím několik minut stát při pokojové teplotě.
5. Světelná polymerace
   Polymerujte za použití lampy na viditelné světlo.

Doba ozvití	Vzdálenost od konce světlovodu <10 mm	Vzdálenost od konce světlovodu >10 mm
Halogen / LED (700-1200 mW/cm²)	10 sekund	20 sekund
High power LED (více než 1200 mW/cm²)	5 sekund	10 sekund

Poznámky:
1) Pro dosažení spolehlivé vazby je nezbytná dokonalá světelná polymerace. Nižší intenzita světla může mít za následek nedostatečnou adhezi.
2) Během světelné polymerace používejte ochranné brýle, štít nebo podobnou UV ochranu očí.

6A. Nanášení světlem tuhnoucích kompozitů a kompomerů
   Zvolený kompozitní pryskyřičný material nanášejte, modelujte a polymerujte v souladu s pokyny příslušného výrobce.
6Б. Nanášení duálně tuhnoucích kompozitů
   Pro zajištění dostatečné vazebné síly se doporučuje duálně tuhnoucí materiály polymerovat světlem.
7. Dokončení
   Vyčistěte a vyleštěte obvyklým způsobem.

II. INTRAORÁLNÍ OPRAVY NÁHRAD
1. Příprava náhrady
   Pro lepší ochranu použijte kofردam. Dbejte na důkladné odstranění zbytků provizorního materiálu z povrchu zubu. Zub připravujte běžnými způsoby. Pro zajištění řádné adheze by měla být kavita dostatečně vyčištěna. Preparované povrchy zubu opláchněte a osušte jemným proudem vzduchu ze vzduchové pistole.
   Poznámka:
   Na překrytí pulpy použijte hydroxid vápenatý.
2. Příprava povrchu zubu
   Vyberte jednu ze 3 následujících volitelných technik:
   a) Samoleptací technika
      Naneste 1-PRIMER na preparovanou sklovinu a dentin, bez samostatného kroku leptání.
      Poznámka:
      Neopracovaná sklovina by měla být vždy ošetřena technikou selektivního leptání.
   b) Selektivní leptání skloviny
      Před aplikací 1-PRIMER na sklovinu a dentin leptejte pouze sklovinu po dobu 10-15 sekund gelem 35-40% kyseliny fosforečné, 5 sekund opláchněte a jemně osušte.
   c) Technika Total-etch
      Před aplikací 1-PRIMER na sklovinu a dentin leptejte sklovinu i dentin po dobu 10-15 sekund gelem 35-40% kyseliny fosforečné, 5 sekund opláchněte a jemně osušte.
3. Aplikace 1-PRIMER
   a) Příprava
      Lahvička: Před použitím lahvičku s 1-PRIMER důkladně protřepejte. Aplikujte několik kapek do čisté dávkovací misky. Ihned po použití lahvičku uzavřete.
      Poznámka: Před uzavřením setřete z dávkovací hubičky veškeré zbytky tekutiny.
      Unit Dose: Před otevřením Unit Dose se ujistěte, že vršek kapsle směřuje vzhůru. Odšroubujte uzávěr proti směru hodinových ručiček. Přiloženým jednorázovým aplikátorem důkladně promíchejte tekutinu po dobu 5 sekund. Dbejte na pečlivé promíchání veškerého materiálu ze dna i stěn kapsle.
      Poznámka:
      Pokud uzávěr Unit Dose nejde otevřít, použijte jinou kapsli. Nepokoušejte se kapsli otevřít násilím, mohlo by dojít k vylití tekutiny a nechtěnému potřísnění kůže či zasažení očí.
   b) IHNED naneste jednorázovým aplikátorem na preparovanou sklovinu a dentin.
   c) Po aplikaci nechte působit po dobu 10 sekund.
   d) Poté 5 vteřin suše MAXIMÁLNÍM proudem vzduchu bez příměsi oleje. Pro zabránění rozstřikování adheziva použijte savku. Konečným výsledkem by měl být tenký film adheziva s lesklým povrchem, který se pod dalším proudem vzduchu viditelně nepohybuje.
   Poznámky:
   1) Po dlouhodobém

左右600×天地650mm

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. **SK**

G2-BOND Universal

DVOJZLOŽKOVÉ SVETLOM TUHNÚCE ADHEZÍVUM

Na použitie len v stomatologickej praxi v dôporučených indikáciách.

INDIKÁCIE
1. Priame bondovanie svetlom tuhnúcich kompozitov a kompomérov na štruktúru zuba.
2. Bondovanie dualne tuhnúcich fixačných kompozitov a kompozitov na dostavbu pahýľa v prípade, že tieto materiály budú vytvrdzované svetlom.
3. Intraorálne opravy kompozitných náhrad a náhrad na báze kov, zirkónu a alumínia.
4. Intraorálne opravy keramických náhrad v kombinácii so silanizačným vázobným prostriedkom.
5. Ošetrenie hypersenzitívnych zubov.
6. Pečatenie po preparácii (kavity alebo pahýľa) pri nepriamych náhradách.
7. Ošetrenie exponovaných povrchov koreňov.
8. Cementovanie všetkých typov inlejí, onlejí, koruniek a mostíkov a fazet na báze keramiky, živice a kovu.
9. Cementovanie čapov.

KONTRAINDIKÁCIE
1. Priame prekrytie pulpy.
2. Vyvarovať sa používaniu tohto výrobku u pacientov so známymi alergiami na metakrylátový monomér, metakrylátový polymér alebo acetón.

NEPOUŽÍVAŤ V KOMBINÁCII S:
1. Chemicky tuhnúcimi kompozitmi Živicami.
2. Materiálmi obsahujúcimi eugenol, keďže eugenol môže narušiť tuhnutie alebo viazanie G2-BOND Universal.
3. Znečisťujúcimi prostriedkami, keďže môžu narušiť tuhnutie alebo viazanie G2-BOND Universal.

ZLOŽENIE
1-PRIMER: Acetón, voda, dimetakrylát, 4-MET, iniciátor, MDP, silicijen dioksid, MDTP, barvivo, stabilizátor
2-BOND: Dimetakrylát, iniciátor, silicijen dioksid, stabilizátor

NÁVODA LA UPORABO
I. Postopek lepljenje za direktne restavracije in zdravljenje površine razgajenih zobnih korenin.
1. Priprava kavitete
Za zaščito zobnega gumijasto opno. Temeljito odstranimo vsakršen začasni material iz površine zoba in jo obdelamo s standardno tehniko preparacije. Kaviteta naj bo zadostno očiščena, za zagotovitev primerne adhezije. Speremo in posušimo.
Opomba:
Za krtje pulpe uporabimo kalcijev hidroksid.
2. Obdelava zobne površine
Izberemo eno od naslednjih 3 možnih tehnik:
a) Samojedkajoča tehnika
Na obrušeno površino skleline in dentina nanesemo 1-PRIMER, brez ločenega korака z jedkanjem.
Opomba:
Neobrušeno skleninа vedno prej selektivno jedkamo.
b) Selektivno jedkanje skleninе
Pred nanosom 1-PRIMERja na skleninо in dentin, s 35.-40% fosforno kislinskim gelom 10-15 sekund selektivno jedkamo skleninо in nato 5 sekund spiramo ter nežno osušimo.
c) Total-etch tehnika
Pred nanesom 1-PRIMERJA na skleninо in dentin, ju 10-15 sekund jedkamo s 35-40% fosforno kislinskim gelom, nato 5 sekund spiramo ter nežno osušimo.
3. Nano 1-PRIMERja
a) Razreditev
Steklenička: Pred razreditvijo, stekleničko 1-PRIMER temeljito pretresemo. Nato kanemo neki kapljic vsebine v čisto posodico. Stekleničko takoj za tem nazaj zapremo.
Opomba:
Morebitno odvečno tekočino na šobi odstranimo pred prepiranjem.
Uridoze: Pred odpiranjem uridoze, se prepričamo, da je konica obrnjena navzgor. Kapico odvijemo v nasprotni smeri urinega kazala. S priloženim aplikatorjem 5 sekund temeljito mešamo tekočino ter strgamo material iz dna in sten posodice.
Opomba:
Če je kapica uniдoze pretesno privita, uporabimo drugo. Ne odpirajmo z uporabo prevelike sile, saj lahko s tem povzročimo raztlitje tekočine in morebiten stik s kožo in očmi.
2) Aplikatorjem dojemo tekočino nanesemo na obdelano površino skleninе in dentina.
3) Pustimo 10 sekund.
4) 5 sekund temeljito sušimo z zrakom brez olja pod maksimalnim tlakom. Z vakuumskim sesalcem prepričano škropljenje adhezива. Kondni rezultat naj bi bil tanek film adheziva s svetlobno površino, ki se ne prerinka ob močnem pritiskom zraka.
Opomba:
Z izjemo primerov, ko uporabimo prevelike tlake, lahko pri uporabi tega korака izsušimo zobno površino in s tem pomotoma ne zamaknemo.

Shramba
Za optimalne rezultate se priporoča shramba na temperaturi 4-25°C. Ko material ni v uporabi dře čase, se svetlige shramba na hladnem.

Pakiranje
G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 mL tekočine (1),
2-BOND 5 mL tekočine (1), 1-PRIMER pokrovček (1), 2-BOND pokrovček (1), Univerzalna ročka (1), aplikatorji za enkratno uporabo B (50)
G2-BOND Universal 1-PRIMER steklenička za polnjenje: 5 mL tekočine (1)
G2-BOND Universal 2-BOND steklenička za polnjenje: 5 mL tekočine (1)
G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 mL tekočine (50),
2-BOND 0.1 mL tekočine (50), aplikatorji za enkratno uporabo B (100)

Pozor
1. V redkih primerih se lahko pojavi preobčutljivost na produkt pri nekaterih ljudeh. Če se toviртna reakcija zgodi, prenehamo z uporabo in pacienta napotimo k zdravniku.
2. Uporabi osebne varovalne opreme kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala je obvezna.
3. Izogibamo se inhalaciji in zaužitju materiala.
4. 1-PRIMER je vnetljiv kot tekočina in hlapi. Ne uporabljamo v bližini odprtega ognja. Shranjujemo stran od vira vžiga. Večje količine ne shranjujemo na istem mestu. Shranjujemo stran od direktne sončne svetlobe.
5. 1-PRIMER je hlapen, zato ga uporabljamo v dobro prezračenih prostorih. Pacientom svetujemo dihanje na nos.
6. G2-BOND Universal
7. V primeru kontakta z očmi, nemudoma speremo z vodo in poiščemo zdravniško pomoč.
8. v primeru kontakta z ustno votlino, nemudoma odstranimo z gobico ali bombažnim svaljkom. Po končani obravnavi, temeljito speremo z vodo.
9. Ne se tikov, ki je bilo v kontaktu, obarva belo in tvori mehurčke, svetujemo pacientu, čuvanje območja, dokler znamenje ne izzveni, kar se po navadi zgodi v 1-2 tednih. V izogib kontaktu, se priporoča nanos COCOA BUTTER na področja, ki ne morejo bil zavarovana z gumijasto opno.
10. V primeru povšinskega razтlja, področje nemudoma obrišemo s suho vato.
11. izogibajmo se mešanju z nenamenskimi spojinami.
12. Vsebino / embalažo zavrženo v skladu z lokalnimi predpisi.
13. Ne mešajmo 1-PRIMER z 2-BOND.
14. Ne mešamo 2-BOND z Dual Cure aktivatorjem.

Nekateri izdelki omenjeni v tem navodilih za uporabo so klasificirani kot nevarni v skladu z GHS. Vedno se prej seznanite z varnostnimi listi, ki so na voljo:
http://www.gceurope.com
Prav tako jih lahko pridobite od vašega dobavitelja.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med pacienti, ta pripomoček zahteva dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejte pripomoček za poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO.
Temeljito očistite pripomoček, da preprečite sušenje in nabiranje nečistote. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno / lokalno regulativo.

Za povzetek varnosti in klinične učinkovitosti (SSCP) si oglejte bazo podatkov EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ali nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zgodeate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s šitimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek vstroznega sistema za stalni nadzor, tako da bistvene ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnja revizija: 02/2024

G2-BOND Universal

UNIVERZALNI DVOKOMPONENTNI SVETLOBNO STRJUJOČI ADHEZIV

Samo za profesionalno dentalno uporabo.

Indikacije za uporabo:
1. Direktno lepljenje svetlobno strjujočih kompozitov in kompomer na površino zoba
2. Lepljenje dvojno strjujočih kompozitov na površino zoba, v kolikor so to materiali svetlobno strjujoči.
3. Intraoralno popravilo restavracij na bazi kompozita, kovine ali cirkona / aluminie.
4. Intraoralno popravilo keramičnih restavracij v kombinaciji s silanom.
5. Intraorálne opravy keramických náhrad v kombinácii so silanizačným vázobným prostriedkom.
6. Zdravljenje preobčutljivih zob.
7. Zaščita preparacij za indirektne restavracije.
7. Zdravljenje razgajenih zobnih korenin.
8. Cementiranje vseh tipov polno keramičnih, kompozitnih ali kovinskih inlejev, onlejev, kron, mostov in lusk.
9. Cementiranje zatičkov.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Direktna kritja pulpe.
2. Pacienti z znano alergijo na metakrilatne monomere, metakrilatne polimere in aceton.

PREPOVEDANA UPORABA V KOMBINACIJI S
1. Kemijsko strjujočimi kompoziti.
2. Materiali, ki vsebujejo eugenol, saj le-ta lahko preprečuje pravilno strjevanje in vezavo G2-BOND Universal.
3. Desenzibilizirajoči, saj lahko preprečujejo pravilno strjevanje in vezavo G2-BOND Universal.

SESTAVA
1-PRIMER: Aceton, voda, dimetakrilat, 4-MET, iniciator, MDP, silicijev dioksid, MDTP, barvilo, stabilizator
2-BOND: Dimetakrilat, iniciator, silicijev dioksid, stabilizator

NAVODILA ZA UPORABO
I. Postopek lepljenje za direktne restavracije in zdravljenje površine razgajenih zobnih korenin.
1. Priprava kavitete
Za zaščito zobnega gumijasto opno. Temeljito odstranimo vsakršen začasni material iz površine zoba in jo obdelamo s standardno tehniko preparacije. Kaviteta naj bo zadostno očiščena, za zagotovitev primerne adhezije. Speremo in posušimo.
Opomba:
Za krtje pulpe uporabimo kalcijev hidroksid.
2. Obdelava zobne površine
Izberemo eno od naslednjih 3 možnih tehnik:
a) Samojedkajoča tehnika
Na obrušeno površino skleline in dentina nanesemo 1-PRIMER, brez ločenega korака z jedkanjem.
Opomba:
Neobrušeno skleninа vedno prej selektivno jedkamo.
b) Selektivno jedkanje skleninе
Pred nanosom 1-PRIMERja na skleninо in dentin, s 35.-40% fosforno kislinskim gelom 10-15 sekund selektivno jedkamo skleninо in nato 5 sekund spiramo ter nežno osušimo.
c) Total-etch tehnika
Pred nanesom 1-PRIMERJA na skleninо in dentin, ju 10-15 sekund jedkamo s 35-40% fosforno kislinskim gelom, nato 5 sekund spiramo ter nežno osušimo.
3. Nano 1-PRIMERja
a) Razreditev
Steklenička: Pred razreditvijo, stekleničko 1-PRIMER temeljito pretresemo. Nato kanemo neki kapljic vsebine v čisto posodico. Stekleničko takoj za tem nazaj zapremo.
Opomba:
Morebitno odvečno tekočino na šobi odstranimo pred prepiranjem.
Uridoze: Pred odpiranjem uridoze, se prepričamo, da je konica obrnjena navzgor. Kapico odvijemo v nasprotni smeri urinega kazala. S priloženim aplikatorjem 5 sekund temeljito mešamo tekočino ter strgamo material iz dna in sten posodice.
Opomba:
Če je kapica uniдoze pretesno privita, uporabimo drugo. Ne odpirajmo z uporabo prevelike sile, saj lahko s tem povzročimo razтlitje tekočine in morebiten stik s kožo in očmi.
2) Aplikatorjem dojemo tekočino nanesemo na obdelano površino skleninе in dentina.
3) Pustimo 10 sekund.
4) 5 sekund temeljito sušimo z zrakom brez olja pod maksimalnim tlakom. Z vakuumskim sesalcem prepričano škropljenje adhezива. Kondni rezultat naj bi bil tanek film adheziva s svetlobno površino, ki se ne prerinka ob močnem pritiskom zraka.
Opomba:
Z izjemo primerov, ko uporabimo prevelike tlake, lahko pri uporabi tega korака izsušimo zobno površino in s tem pomotoma ne zamaknemo.

Shramba
Za optimalne rezultate se priporoča shramba na temperaturi 4-25°C. Ko material ni v uporabi dře čase, se svetlige shramba na hladnem.

Pakiranje
G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 mL tekočine (1),
2-BOND 5 mL tekočine (1), 1-PRIMER pokrovček (1), 2-BOND pokrovček (1),
G2-BOND Universal 1-PRIMER steklenička za polnjenje: 5 mL tekočine (1)
G2-BOND Universal 2-BOND steklenička za polnjenje: 5 mL tekočine (1)
G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 mL tekočine (50),
2-BOND 0.1 mL tekočine (50), aplikatorji za enkratno uporabo B (100)

Pozor
1. V redkih primerih se lahko pojavi preobčutljivost na produkt pri nekaterih ljudeh. Če se toviртna reakcija zgodi, prenehamo z uporabo in pacienta napotimo k zdravniku.
2. Uporabi osebne varovalne opreme kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala je obvezna.
3. Izogibamo se inhalaciji in zaužitju materiala.
4. 1-PRIMER je vnetljiv kot tekočina in hlapi. Ne uporabljamo v bližini odprtega ognja. Shranjujemo stran od vira vžiga. Večje količine ne shranjujemo na istem mestu. Shranjujemo stran od direktne sončne svetlobe.
5. 1-PRIMER je hlapen, zato ga uporabljamo v dobro prezračenih prostorih. Pacientom svetujemo dihanje na nos.
6. G2-BOND Universal
7. V primeru kontakta z očmi, nemudoma speremo z vodo in poiščemo zdravniško pomoč.
8. v primeru kontakta z ustno votlino, nemudoma odstranimo z gobico ali bombažnim svaljkom. Po končani obravnavi, temeljito speremo z vodo.
9. Ne se tikov, ki je bilo v kontaktu, obarva belo in tvori mehurčke, svetujemo pacientu, čuvanje območja, dokler znamenje ne izzveni, kar se po navadi zgodi v 1-2 tednih. V izogib kontaktu, se priporoča nanos COCOA BUTTER na področja, ki ne morejo bil zavarovana z gumijasto opno.
10. V primeru povšinskega razтlja, področje nemudoma obrišemo s suho vato.
11. izogibajmo se mešanju z nenamenskimi spojinami.
12. Vsebino / embalažo zavrženo v skladu z lokalnimi predpisi.
13. Ne mešajmo 1-PRIMER z 2-BOND.
14. Ne mešamo 2-BOND z Dual Cure aktivatorjem.

Nekateri izdelki omenjeni v tem navodilih za uporabo so klasificirani kot nevarni v skladu z GHS. Vedno se prej seznanite z varnostnimi listi, ki so na voljo:
http://www.gceurope.com
Prav tako jih lahko pridobite od vašega dobavitelja.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med pacienti, ta pripomoček zahteva dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejte pripomoček za poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO.
Temeljito očistite pripomoček, da preprečite sušenje in nabiranje nečistote. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno / lokalno regulativo.

Za povzetek varnosti in klinične učinkovitosti (SSCP) si oglejte bazo podatkov EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ali nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zgodeate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s šitimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek vstroznega sistema za stalni nadzor, tako da bistvene ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Datum zadnje revizije: 02/2024

Pre použitia si dôkladne prečítajte návod na použitie. **SL**

G2-BOND Universal

DVOKOMPONENTNI SVETLOSNO POLIMERIZUJUČI ADHEZIV

Samo za profesionalno dentalno uporabo.

Indikacije za uporabo:
1. Direktno lepljenje svetlobno strjujočih kompozitov in kompomer na površino zoba
2. Lepljenje dvojno strjujočih kompozitov na površino zoba, v kolikor so to materiali svetlobno strjujoči.
3. Intraoralno popravilo restavracij na bazi kompozita, kovine ali cirkona / aluminie.
4. Intraoralno popravilo keramičnih restavracij v kombinaciji s silanizacionim sredstvom za spajanje
5. Terapija preosjetljivih zuba
6. Pečačenje preparacija zuba (kavileta ili patrijka) za indirektne restauracije
7. Terapija izloženih površina korena
8. Cementiranje svih tipova polno keramičnih, kompozitnih ali kovinskih inlejev, onlejev, kron, mostov in lusk.
9. Cementiranje zatičkov.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Direktna kritja pulpe.
2. Pacienti z znano alergijo na metakrilatne monomere, metakrilatne polimere in aceton.

PREPOVEDANA UPORABA V KOMBINACIJI S
1. Kemijsko strjujočimi kompoziti.
2. Materiali, ki vsebujejo eugenol, saj le-ta lahko preprečuje pravilno strjevanje in vezavo G2-BOND Universal.
3. Desenzibilizirajoči, saj lahko preprečujejo pravilno strjevanje in vezavo G2-BOND Universal.

SESTAVA
1-PRIMER: Aceton, voda, dimetakrilat, 4-MET, iniciator, MDP, silicijev dioksid, MDTP, barvilo, stabilizator
2-BOND: Dimetakrilat, iniciator, silicijev dioksid, stabilizator

NAVODILA ZA UPORABO
I. POSTOPEK ZDRAVLJENJA ZOB IN TAKOJŠNJA DENTINSKA ZATESNITEV
1. Priprava kavitete
Zaščito zobnega gumijasto opno. Temeljito odstranimo vsakršen začasni material iz površine zoba in jo obdelamo s standardno tehniko preparacije. Kaviteta naj bo zadostno očiščena, za zagotovitev primerne adhezije. Speremo in posušimo.
Opomba:
Za krtje pulpe uporabimo kalcijev hidroksid.
2. Obdelava zobne površine
Izberemo eno od naslednjih 3 možnih tehnik:
a) Samojedkajoča tehnika
Na obrušeno površino skleline in dentina nanesemo 1-PRIMER, brez ločenega korака z jedkanjem.
Opomba:
Neobrušeno skleninа vedno prej selektivno jedkamo.
b) Selektivno jedkanje skleninе
Pred nanosom 1-PRIMERja na skleninо in dentin, s 35.-40% fosforno kislinskim gelom 10-15 sekund selektivno jedkamo skleninо in nato 5 sekund spiramo ter nežno osušimo.
c) Total-etch tehnika
Pred nanesom 1-PRIMERJA na skleninо in dentin, ju 10-15 sekund jedkamo s 35-40% fosforno kislinskim gelom, nato 5 sekund spiramo ter nežno osušimo.
3. Nano 1-PRIMERja
a) Razreditev
Steklenička: Pred razreditvijo, stekleničko 1-PRIMER temeljito pretresemo. Nato kanemo neki kapljic vsebine v čisto posodico. Stekleničko takoj za tem nazaj zapremo.
Opomba:
Morebitno odvečno tekočino na šobi odstranimo pred prepiranjem.
Uridoze: Pred odpiranjem uridoze, se prepričamo, da je konica obrnjena navzgor. Kapico odvijemo v nasprotni smeri urinega kazala. S priloženim aplikatorjem 5 sekund temeljito mešamo tekočino ter strgamo material iz dna in sten posodice.
Opomba:
Če je kapica uniдoze pretesno privita, uporabimo drugo. Ne odpirajmo z uporabo prevelike sile, saj lahko s tem povzročimo razтlitje tekočine in morebiten stik s kožo in očmi.
2) Aplikatorjem dojemo tekočino nanesemo na obdelano površino skleninе in dentina.
3) Pustimo 10 sekund.
4) 5 sekund temeljito sušimo z zrakom brez olja pod maksimalnim tlakom. Z vakuumskim sesalcem prepričano škropljenje adhezива. Kondni rezultat naj bi bil tanek film adheziva s svetlobno površino, ki se ne prerinka ob močnem pritiskom zraka.
Opomba:
Z izjemo primerov, ko uporabimo prevelike tlake, lahko pri uporabi tega korака izsušimo zobno površino in s tem pomotoma ne zamaknemo.

Shramba
Za optimalne rezultate se priporoča shramba na temperaturi 4-25°C. Ko material ni v uporabi dře čase, se svetlige shramba na hladnem.

Pakiranje
G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 mL tekočine (1),
2-BOND 5 mL tekočine (1), 1-PRIMER pokrovček (1), 2-BOND pokrovček (1),
G2-BOND Universal 1-PRIMER steklenička za polnjenje: 5 mL tekočine (1)
G2-BOND Universal 2-BOND steklenička za polnjenje: 5 mL tekočine (1)
G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 mL tekočine (50),
2-BOND 0.1 mL tekočine (50), aplikatorji za enkratno uporabo B (100)

Pozor
1. V redkih primerih se lahko pojavi preobčutljivost na produkt pri nekaterih ljudeh. Če se toviртna reakcija zgodi, prenehamo z uporabo in pacienta napotimo k zdravniku.
2. Uporabi osebne varovalne opreme kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala je obvezna.
3. Izogibamo se inhalaciji in zaužitju materiala.
4. 1-PRIMER je vnetljiv kot tekočina in hlapi. Ne uporabljamo v bližini odprtega ognja. Shranjujemo stran od vira vžiga. Večje količine ne shranjujemo na istem mestu. Shranjujemo stran od direktne sončne svetlobe.
5. 1-PRIMER je hlapen, zato ga uporabljamo v dobro prezračenih prostorih. Pacientom svetujemo dihanje na nos.
6. G2-BOND Universal
7. V primeru kontakta z očmi, nemudoma speremo z vodo in poiščemo zdravniško pomoč.
8. v primeru kontakta z ustno votlino, nemudoma odstranimo z gobico ali bombažnim svaljkom. Po končani obravnavi, temeljito speremo z vodo.
9. Ne se tikov, ki je bilo v kontaktu, obarva belo in tvori mehurčke, svetujemo pacientu, čuvanje območja, dokler znamenje ne izzveni, kar se po navadi zgodi v 1-2 tednih. V izogib kontaktu, se priporoča nanos COCOA BUTTER na področja, ki ne morejo bil zavarovana z gumijasto opno.
10. V primeru povšinskega razтlja, področje nemudoma obrišemo s suho vato.
11. izogibajmo se mešanju z nenamenskimi spojinami.
12. Vsebino / embalažo zavrženo v skladu z lokalnimi predpisi.
13. Ne mešajmo 1-PRIMER z 2-BOND.
14. Ne mešamo 2-BOND z Dual Cure aktivatorjem.

Nekateri izdelki omenjeni v tem navodilih za uporabo so klasificirani kot nevarni v skladu z GHS. Vedno se prej seznanite z varnostnimi listi, ki so na voljo:
http://www.gceurope.com
Prav tako jih lahko pridobite od vašega dobavitelja.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med pacienti, ta pripomoček zahteva dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejte pripomoček za poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO.
Temeljito očistite pripomoček, da preprečite sušenje in nabiranje nečistote. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno / lokalno regulativo.

Za povzetek varnosti in klinične učinkovitosti (SSCP) si oglejte bazo podatkov EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ali nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zgodeate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s šitimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek vstroznega sistema za stalni nadzor, tako da bistvene ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Datum zadnje revizije: 02/2024

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. **SR**

G2-BOND Universal

DVOKOMPONENTNI SVETLOSNO POLIMERIZUJUĆI UNIVERZALNI ADHEZIV

Samo za profesionalno dentalno upotrebu.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU
1. Direktno spajanje svetlosno polimerizujućih kompozita i kompomera za zubno tkivo
2. Spajanje nadogradnih kompozita sa dvostrukim stvrdnjavanjem za zubno tkivo pod uslovom da su materijali svetlosno polimerizujući
3. Intraoralna popravka kompozitnih restauracija, restauracija sa metalnom osnovom, kao i osnovom od cirkonijum i aluminijum-oksidne keramike
4. Intraoralna popravka keramičkih restauracija u kombinaciji sa silanizacionim sredstvom za spajanje
5. Terapija preosjetljivih zuba
6. Pečačenje preparacija zuba (kavileta ili patrijka) za indirektne restauracije
7. Terapija izloženih površina korena
8. Cementiranje svih vrsta onlaja, onlaja, krunica, mostova i faseta od pune keramike, sa akrilatnom i metalnom osnovom
9. Cementiranje kočića

KONTRAINDIKACIJE
1. Direktno prekrivanje pulpe.
2. Izbegavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata alergičnih na metakrilatne monomere, metakrilatne polimere ili aceton.

NE KORISTITI U KOMBINACIJI SA
1. Hemijski stvrdnjavajućim kompozitnim akrilatima.
2. Materijalima koji sadrže eugenol, koji može sprečiti pravilno stvrdnjavanje ili spajanje materijala G2-BOND Universal.
3. Sredstvima za desenzibilizaciju, koja mogu sprečiti pravilno stvrdnjavanje ili spajanje materijala G2-BOND Universal.

SASTAV
1-PRIMER: Aceton, voda, dimetakrilat, 4-MET, inicijator, MDP, silicijum dioksid, MDTP, pigment, stabilizator
2-BOND: Dimetakrilat, inicijator, silicijum dioksid, stabilizator

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
I. POSTUPAK SPAJANJA ZA DIREKTNE RESTAURACIJE I TERAPIJA IZLOŽENIH POVRŠINA KORENA
1. Preparacija kaviteta
Za zaštitu koristiti kofердam. Proveriti da je sav privremeni materijal detaljno odstranjen sa površine. Zub pripremiti standardnim tehnikama. Kaviteet treba da bude čist kako bi se osigurala pravilna adhezija. Preparisane zubne površine isprati i osušiti blagim duvanjem vazduha.
Važno:
Za prekrivanje pulpe koristiti kalcijum hidroksid.
2. Preparacija zubnih površina
Izabrati jedno od tri sledeće moguće tehnike:
a) Tehnika samonagrizanja
Naneti 1-PRIMER na obrušenu gleđ i dentin, bez zasebne faze nagrizanja.
Važno:
Kod neobrušene gleđi uvek treba koristiti tehniku selektivnog nagrizanja.
b) Selektivno nagrizanje gleđi
Pre nanošenja 1-PRIMERA na gleđ i dentin, gleđ nagrizati samo 35-40% gelom ortofosforne kiseline u trajanju od 10-15 sekundi, isprati 5 sekundi i blago osušiti.
c) Tehnika gajnog nagrizanja
Pre nanošenja 1-PRIMER na gleđ i dentin, nagrizati gleđ i dentin 35-40% gelom ortofosforne kiseline, u trajanju od 10-15 sekundi, isprati 5 sekundi i blago osušiti.
3. Nanošenje 1-PRIMER
a) Doziranje
U bočici: Pre doziranja, bočicu 1-PRIMER energično protresti. Dozirati nekoliko kapi u Cistu posudu za doziranje. Poklopiti bočicu odmah nakon upotrebe.
Važno:
Pre zatvaranja poklopca odstraniti višak tečnosti sa otvora.
Pojedinačne doze: Pre otvaranja pojedinačne doze, proveriti da je vrh poklopca okrenut prema gore. Odviti poklopac u smeru obrnutom od kazaljke na satu. Pomoću priloženog jednokratnog aplikatora detaljno promešati tečnost 5 sekundi, vodeći računa da se promeša i materijal sa dna i sa strane poklopca.
Važno:
Ako je poklopac pojedinačne doze previše zategnut da se otvori, uzeti drugi dozu. Ne pokušavati otvoriti poklopac pojedinačne doze prekomernom silom, jer to može prouzrokovati prosipanje tečnosti i slučajni dodir sa kožom i očima.
b) ODMAH naneti jednokratnim aplikatorom na preparisane površine gleđi i dentina.
c) Ostviti da stoji 10 sekundi nakon nanošenja.
d) Osušiti detaljno 5 sekundi bezuljnim vazduhom pod MAKSIMALNIM pritiskom vazduha. Koristiti vakuumskim usisivačem za sprečavanje prskanja adheziva. Završni rezultat treba da bude tanak adhezivni sloj sa površinom bez mehurića koje se vidljivo ne pomiče pod jakim pritiskom vazduha.
Važno:
Ako se nanesemo materijal pokvasi vodom, kryšu ili pljuvačkom pre svetlosne polimerizacije, zub opratí i osušiti pa ponoviti postupak ponovnim nanošenjem materijala.
4. Nanošenje 2-BONDA
b) Doziranje
U bočici: Dozirati nekoliko kapi u čistu posudu za doziranje. Bočicu poklopiti odmah nakon upotrebe.
Važno:
Paziti da se ne kontaminira 1-PRIMER i 2-BOND u istoj posudi.
Pojedinačne doze: Pre otvaranja pojedinačne doze, proveriti da je vrh poklopca okrenut prema gore. Odviti poklopac u smeru obrnutom od kazaljke na satu.
Važno:
Ako je poklopac pojedinačne doze previše zategnut da se otvori, uzeti drugu pojedinačnu dozu. Ne pokušavati otvoriti poklopac pojedinačne doze prekomernom silom, jer to može prouzrokovati prosipanje tečnosti i slučajni dodir sa kožom i očima.
b) Naneti jednokratnim aplikatorom na površine gleđi i dentina na koje je prethodno naneseno 1-PRIMER.
c) Blago sušiti vazduhom za ravnomerno raspršivanje materijala u sloj jednake debljine.
Važno:
2) 2-BOND je svetlosno polimerizujući materijal. Nakon doziranja tečnost zaštititi od svetla.
2) Ukloniti višak materijala sa zuba (osim površina za spajanje) sunderom ili komadićem vate. Posle završetka restauracije detaljno isprati vodom.
3) Ako tkivo koje je bilo u dodiru sa materijalom pokoli ili se stvori mehurić, dati uputstvo pacijentu da ne dira zahvaćeno područje dok promena ne nestane, najčešće nakon 1-2 nedelje. Za izbegavanje dodira preporučuje se nanošenje KAKAO MASLACA na područja koja se ne mogu pokriti kofердamom.
4) U slučaju izlivanja materijala, odmah obrisati suvom krpom.
5. Ne mešati sa proizvodima druge namene.
6. Zbrinuti sadržaj/dozatore u skladu sa lokalnim propisima.
13. Ne mešati 1-PRIMER sa 2-BOND.
14. Ne mešati 2-BOND sa aktivatorom za dvostruko stvrdnjavanje (Dual Cure Activator).

Neki proizvodi navedeni u ovim uputstvima mogu biti svrstani u opasne u skladu Globalno usklađenom sistemu razvrstavanja i označavanja hemikalija (GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Uvek je potrebno upoznati se sa sigurnosno-tehničkim listovima materijala dostupnim na:
http://www.gceurope.com
Mogu se nabaviti i od dobavljača.

ČIŠČENJE I DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VIŠEKRATNO DOZIRANJE: za izbegavanje međusobne zaraze između pacijenata, ovaj zvečarka zahteva srednji nivo dezinfekcije. Odmah nakon upotrebe proveriti uređaj i oznaditi ga ako su mu svojstva umanjena. U slučaju oštećenja uređaj baciti.
NE URANJATI U VODU. Uređaj detajno očistiti kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje ostataka materijala. Dezinfikovati ga registrovanim sredstvom za srednji nivo kontrole infekcije u zdravstvu u skladu sa regionalnim / nacionalnim propisima.

Za rezime sigurnosti i kliničko učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Datum zadnje revizije: 02/2024

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання. **UK**

G2-BOND Universal
Джі2-БОНД Юніверсал

ДВОКОМПОНЕНТНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ АДГЕЗІВ СВІТЛОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
1. Бондинг композитів світлової полімеризації та компомерів до структур зуба.
2. Бондинг композитів подвійного твердіння, що призначені для відбудови пуків, до структур зуба, якщо ці матеріали полімеризуються світлом.
3. Внутрішньоротова ремонтна реставрація, з такою ж реставрацій на каркасах із металу, оксиду цирконію та оксиду алюмінію.
4. Внутрішньоротова поточна ремонтних реставрацій із застосуванням силану.
5. Лікування гіперчутливих зубів.
6. Герметизація відпрепарованих зубів (порожнин або абатмента) у випадку непрямих реставрацій.
7. Обробка уражених поверхонь коренів.
8. Фіксація усіх типів цільнокерамічних, композитних та металевих вкладок, накладок, коронок, мостів та вінірів.
9. Фіксація штифтів.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
1. Пряме перекриття пульпи.
2. Не використовуйте даний продукт у пацієнтів із підтвердженою алергією на метакрилатний мономер і метакрилатний пол